

当院では患者様に安心して放射線検査を受けて頂くため、撮影線量の評価を行い被ばく線量の最適化を行っております。当院での一般撮影部門における代表的な撮影部位の被ばく線量を以下に示します。

撮影部位(方向)	平成 30 年測定値	令和 3 年測定値	診断参考レベル	
			DRLs2020 (DRLs2015)	
胸部	0.26	0.17	0.25	(0.3)
腹部	2.12	0.9	2.5	(3.0)
頭部(正面)	1.88	1.40	2.5	(3.0)
頸椎(正面)	0.57	0.42	0.8	(0.9)
胸椎(正面)	2.67	0.95	3.0	(3.0)
腰椎(正面)	2.66	1.20	3.5	(4.0)
骨盤(正面)	2.1	0.95	2.5	(3.0)

単位：mGy